

## 酸度和酸值测定仪



型号	酸度和酸值测定仪
仪器指标	1) 满足 GB/T 258 标准和 NB/SH/T 0809 标准要求; 2) 测量范围: 0.001 ~ 2.0 mgKOH/g; 3) 分辨率: 0.001 mgKOH/g;
分析能力	油品酸度和酸值测定
相关标准	GB/T 258-2016 轻质石油产品酸度测定法 NB/SH/T 0809-2010 天然蜡和合成蜡酸值测定法
仪器特色	1) 适用于测定未添加乙基液的汽煤柴油的酸度, 也适合石蜡的酸值分析; 2) 仪器使用防爆玻璃纤维电加热套, 无明火, 保温效果好, 受热均匀